

内蒙古自治区计量测试研究院降低、取消、增加、更名部分经营服务性收费目录

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
1	新增	CD161-161	机动车驻车制动性能测试仪	±3%	≤7000daN	台	1200	1年	
2	新增	CD162-162	滤纸式烟度计	±0.3BSU	≤10BSU	台	600	1年	
3	降低收费	RG053-719	涡轮流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1000	2年	每增加一个点加收500元
4	降低收费	RG054-720			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
5	降低收费	RG055-721			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
6	降低收费	RG056-722			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
7	降低收费	RG057-723			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
8	降低收费	RG058-724	涡街流量计	1.0级及以下	≤DN100	台	1000	2年	每增加一个点加收500元
9	降低收费	RG059-725			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
10	降低收费	RG060-726			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
11	降低收费	RG061-727			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
12	降低收费	RG062-728			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
13	降低收费	RG063-729	超声波流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收1000元
14	降低收费	RG064-730			≤DN150	台	2500		每增加一个点加收1500元
15	降低收费	RG065-731			≤DN200	台	3000		每增加一个点加收2000元
16	降低收费	RG066-732			≤DN250	台	3500		每增加一个点加收2500元
17	降低收费	RG067-733			≤DN300	台	5000		每增加一个点加收3000元
18	降低收费	RG068-734	罗茨流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1000	3年	每增加一个点加收500元
19	降低收费	RG069-735			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
20	降低收费	RG070-736			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
21	降低收费	RG071-737			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
22	降低收费	RG072-738			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
23	降低收费	RG073-739	腰轮流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1000	3年	每增加一个点加收500元
24	降低收费	RG074-740			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
25	降低收费	RG075-741			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
26	降低收费	RG076-742			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
27	降低收费	RG077-743			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大 允许误差或不确定度	测 量 范 围	收费单 位	调整后标准 (元)	检定 周期	备 注
28	降低收费	RG078-744	质量流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收500元
29	降低收费	RG079-745			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
30	降低收费	RG080-746			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
31	降低收费	RG081-747			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
32	降低收费	RG082-748			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
33	降低收费	RG083-749	旋进旋涡流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收500元
34	降低收费	RG084-750			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
35	降低收费	RG085-751			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
36	降低收费	RG086-752			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
37	降低收费	RG087-753			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
38	降低收费	RG088-754	V锥流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收500元
39	降低收费	RG089-755			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
40	降低收费	RG090-756			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
41	降低收费	RG091-757			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
42	降低收费	RG092-758			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
43	新增	RG168-834	差压式流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收500元
44	新增	RG169-835			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
45	新增	RG170-836			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
46	新增	RG171-837			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
47	新增	RG172-838			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
48	新增	RG173-839	靶式流量计（空气介质）	1.0级及以下	≤DN100	台	1500	2年	每增加一个点加收500元
49	新增	RG174-840			≤DN150	台	1800		每增加一个点加收600元
50	新增	RG175-841			≤DN200	台	2300		每增加一个点加收700元
51	新增	RG176-842			≤DN250	台	2800		每增加一个点加收800元
52	新增	RG177-843			≤DN300	台	4500		每增加一个点加收900元
53	降低收费	LX080-551	扭矩倍增器			台	500	1年	
54	降低收费	LX086-557	回弹仪			台	280	半年	
55	取消		拉力、压力和万能材料试验机			盘	400	1年	
56	取消					盘	600	1年	
57	取消					盘	880	1年	
58	取消					盘	1100	1年	
59	取消					盘	1440	1年	
60	取消					盘	2320	1年	
61	取消					盘	2520	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
62	计量器具更名	LX090-561	微机控制电子万能试验机	0.5级/1级	10kN以下	台		1年	更名为：拉力、压力、万能试验机
63	降低收费	LX091-562		0.5级/1级	(10~100) kN	台	580	1年	
64	降低收费	LX092-563		0.5级/1级	(30~300) kN	台	580	1年	
65	降低收费	LX093-564		0.5级/1级	(60~600) kN	台	580	1年	
66	降低收费	LX094-565		0.5级/1级	(100~1000) kN	台	880	1年	
67	降低收费	LX095-566		0.5级/1级	(200~2000) kN	台	1180	1年	
68	计量器具更名	LX096-567	微机控制电子万能试验机	0.5级/1级	(300~3000) kN	台	1180	1年	更名为：拉力、压力、万能试验机
69	降低收费	LX097-568		0.5级/1级	(500~5000) kN	台	1180	1年	
70	降低收费	LX098-569		0.5级/1级	(1000~10000) kN	台	5500	1年	
71	取消					台	580	1年	
72	取消					台	680	1年	
73	取消					台	1100	1年	
74	取消		数显拉力试验机			台	1400	1年	
75	取消					台	1600	1年	
76	取消					台	1800	1年	
77	取消					台	2600	1年	
78	取消					台	3600	1年	
79	取消					台	4500	1年	
80	取消		电子拉力、压力、万能试验机			台	580	1年	
81	取消					台	680	1年	
82	取消					台	1100	1年	
83	取消					台	1600	1年	
84	取消					台	1800	1年	
85	取消					台	3600	1年	
86	降低收费	LX100-571	疲劳试验机			台	500	1年	
87	降低收费	LX106-577	工作测力仪		1N~2000kN	台	450	1年	
88	降低收费	LX108-579	扭转试验机			台	580	1年	
89	降低收费	LX109-580	测功机			台	580	1年	
90	降低收费	LX110-581	动态力传感器、冲击仪			台	500	1年	
91	降低收费	LX111-582	转速表检定装置	0.1级、0.01级	(10~30000) r/min	台	1000	1年	
92	取消		各类振动台			台	960	1年	
93	降低收费	LX112-583	标准压电加速度计			台	550	1年	
94	降低收费	LX113-584	压电加速度计			台	500	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
95	降低收费	LX114-585	振动测量仪			台	560	1年	
96	降低收费	LX115-586	振动冲击测量仪			台	560	1年	
97	降低收费	LX116-587	速度传感器			台	450	1年	
98	降低收费	LX117-588	位移传感器			台	450	1年	
99	降低收费	LX118-589	磁电式速度传感器		频率：(20~2000) Hz	台	450	1年	
100	降低收费	LX119-590	振动位移传感器		频率：(20~2000) Hz	台	450	1年	
101	降低收费	LX121-592	风量标准装置			台	1200	1年	
102	新增	LX122-593	千斤顶	A级、B级	600kN以下	元/吨	350	半年	
103	降低收费	LX123-594		A级、B级	600kN以上	元/吨	5	半年	
104	降低收费	LX124-595	基桩动测仪			台	800	1年	
105	降低收费	LX125-596	应变测量仪			台	450	1年	
106	降低收费	LX126-597	工程振动检测仪			台	560	1年	
107	降低收费	LX128-599	固结仪			台	280	1年	
108	降低收费	LX129-600	直剪仪			台	280	1年	
109	降低收费	LX130-601	落锤冲击仪			台	240	1年	
110	降低收费	LX131-602	水泥包装袋跌落试验机			台	210	1年	
111	取消		轻便磁感应风向风速表			台	500	1年	
112	取消		电接风向风速表			台	500	1年	
113	计量器具更名	LX133-604	热球式风速仪			台	500	1年	
114	取消		电传风向风速表			台	500	1年	
115	取消		轻便风向风速表			台	500	1年	
116	取消		数字风速表			台	500	1年	
117	降低收费	LX135-606	水泥细度负压筛析仪			台	350	1年	
118	降低收费	LX136-607	砼贯入阻力仪			台	240	1年	
119	降低收费	LX137-608	击实仪			台	240	1年	
120	降低收费	LX138-609	土壤液塑限联合测定仪			台	210	1年	
121	降低收费	LX139-610	砂当量试验仪			台	210	1年	
122	降低收费	LX140-611	振筛机/振摆仪			台	280	1年	
123	降低收费	LX141-612	振筛仪			台	280	1年	
124	降低收费	LX142-613	混凝土振动台			台	300	1年	
125	降低收费	LX143-614	锚杆拉力计			台	450	1年	
126	降低收费	LX144-615	平板载荷仪/K30			台	350	1年	
127	降低收费	LX145-616	压实仪			台	600	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
160	降低收费	LX194-665	扭矩传感器			个	单向: 550 双向: 850	1年	
161	新增	LX195-666	出租车计价器检定装置		(50~1500) r/min	台	990	3年	
162	降低收费	DC287-449	电容电流测试仪			台	2000		
163	新增	DC288-450	电池测试系统			套	1500		适用于充放电原理测试系统 每增加一通道加收500
164	新增	DC289-451	超低频高压发生器			台	2400		
165	新增	DC290-452	绝缘靴、手套耐压试验装置			台	2400		
166	新增	DC291-453	二次压降测试仪			台	4000		
167	新增	DC292-454	绕组变形测试仪			台	1200		每增加一通道加收1200
168	新增	DC293-455	安秒特性测试仪			台	2400		
169	新增	DC294-456	级差配合测试仪			台	1200		电流量程超过50A的加收800
170	新增	DC295-457	多倍频感应发生器			台	1200		电流量程超过50A的加收800
171	新增	DC296-458	发电机水内冷高压试验装置			台	3000		
172	新增	YL102-1220	紫外线杀菌灯	辐射照度不低于额定值的93%	(20~400) nm	支	600	1年	
173	降低收费	LH002-883	硫化氢气体检测仪/硫化氢检测报警器	$\pm 2 \mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$	(0~500) $\mu\text{mol/mol}$	台件	640	1年	
174	降低收费	LH003-884	一氧化碳测定仪/一氧化碳检测报警器	$\pm 10\%$	(0~3000) $\mu\text{mol/mol}$	台件	540	1年	
175	降低收费	LH004-885	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪/一氧化碳红外气体分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	$\text{CO: (0~200)} \mu\text{mol/mol}$ $\text{CO}_2: (0~5)\%$	台件	560	1年	
176	降低收费	LH005-886	二氧化碳检测报警器	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	660	1年	
177	降低收费	LH006-887	卤素检漏仪	$\pm 10\%$	(0~5)%	台件	440	1年	
178	降低收费	LH007-888	烟气分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~1)%	台件	760	1年	每增加一个探头加收400元
179	降低收费	LH008-889	测氢仪/氢纯度分析仪/微量氢检测仪/热导式氢分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	700	1年	
180	降低收费	LH009-890	氧化锆氧分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	650	1年	
181	降低收费	LH010-891	热磁式氧分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	500	1年	
182	降低收费	LH011-892	微量氧分析仪	$\pm 10\%\text{FS}$	(0~0.1)%	台件	800	1年	
183	降低收费	LH012-893	原电池法气体氧分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	810	1年	
184	降低收费	LH013-894	电化学氧测定仪	$\pm 3\%\text{FS}$	(0~30)%	台件	540	1年	
185	降低收费	LH014-895	臭氧分析仪	$\pm 6\%\text{FS}$	(0~400) $\mu\text{mol/mol}$	台件	720	1年	
186	降低收费	LH015-896	氧纯度分析仪	$\pm 3\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	650	1年	
187	降低收费	LH016-897	二氧化硫气体报警器	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~500) $\mu\text{mol/mol}$ (0~100)%	台件	800	1年	
188	降低收费	LH017-898	氨气检测报警器/氨气检测仪	$\pm 10\%\text{FS}$	(0~1000) $\mu\text{mol/mol}$	台件	700	1年	
189	降低收费	LH018-899	一氧化碳检测仪/二氧化碳检测仪/氨氧化物分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~1)%	台件	800	1年	
190	降低收费	LH019-900	顺磁式氧分析仪	$\pm 5\%\text{FS}$	(0~100)%	台件	490	1年	
191	降低收费	LH020-901	甲醛气体检测仪/甲醛检测报警器	$\pm 10\%$	(0~1.5) $\mu\text{mol/mol}$ (0~100) $\mu\text{mol/mol}$	台件	960	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
128	降低收费	LX146-617	维卡仪			台	220	1年	
129	降低收费	LX147-618	雷氏夹测定仪			台	220	1年	
130	降低收费	LX148-619	界面张力仪			台	500	1年	
131	降低收费	LX149-620	抽提仪			台	280	1年	
132	降低收费	LX150-621	砂浆稠度仪			台	220	1年	
133	降低收费	LX151-622	维勃稠度仪			台	280	1年	
134	降低收费	LX152-623	砂浆搅拌机			台	280	1年	
135	降低收费	LX153-624	混凝土搅拌机			台	280	1年	
136	降低收费	LX155-626	沥青混合料拌和机			台	280	1年	
137	降低收费	LX156-627	沥青针入度			台	210	1年	
138	降低收费	LX157-628	沥青软化点			台	200	1年	
139	降低收费	LX158-629	自动车辙试验机			台	800	1年	
140	降低收费	LX159-630	车辙试样成型机			台	500	1年	
141	降低收费	LX160-631	沥青延伸度			台	220	1年	
142	降低收费	LX161-632	最大理论密度仪			台	350	1年	
143	降低收费	LX162-633	马歇尔稳定度测定仪			台	600	1年	
144	降低收费	LX163-634	比表面积仪			台	350	1年	
145	降低收费	LX164-635	磨耗机			台	220	1年	
146	降低收费	LX165-636	磨光机			台	220	1年	
147	降低收费	LX166-637	摆式摩擦系数仪			台	450	1年	
148	降低收费	LX167-638	水泥胶砂流动度仪			台	200	1年	
149	降低收费	LX168-639	静力触探仪			台	280	1年	
150	降低收费	LX169-640	轻（重）型动力触探仪			台	350	1年	
151	降低收费	LX170-641	沥青含量分析仪			台	350	1年	
152	降低收费	LX171-642	钢筋保护层测定仪			台	700	1年	每增加一点加收100元
153	降低收费	LX172-643	电梯/扶梯综合品质分析仪			台	1000	1年	
154	降低收费	LX173-644	电梯钢丝绳检测仪			台	1000	1年	
155	降低收费	LX176-647	水泥胶砂搅拌机			台	280	1年	
156	降低收费	LX177-648	水泥胶砂振实台			台	280	1年	
157	降低收费	LX178-649	水泥净浆搅拌机			台	280	1年	
158	降低收费	LX180-651	电动抗折试验机			台	400	1年	
159	降低收费	LX193-664	液压扳手		(0~10000) Nm	个	1200	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备 注
192	降低收费	LH021-902	甲醇检测报警器	±5%FS	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
193	降低收费	LH022-903	六氟化硫检测报警器	±10%	(0~100)%	台件	810	1年	
194	降低收费	LH023-904	PID检测仪/VOC检测仪	±10%	(0~200) μmol/mol	台件	950	1年	
195	降低收费	LH024-905	苯气体检测仪	±5%FS	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
196	降低收费	LH026-907	光干涉式甲烷测定器	±0.3%	(0~10)%	台件	960	1年	
197	降低收费	LH027-908	催化燃烧式甲烷测定器	±5%FS	(0~100%) LEL	台件	800	1年	
198	降低收费	LH028-909	氯气检测报警器	±10%	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
199	降低收费	LH029-910	氯化氢检测报警器	±10%	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
200	降低收费	LH030-911	氟化氢气体检测报警器	±10%	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
201	降低收费	LH031-912	氯乙烷检测报警器	±10%	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
202	降低收费	LH032-913	环氧乙烷检测仪/OV检测仪	±10%	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
203	降低收费		便携式红外线气体分析仪	±5%FS	(0~100)%	台件	640	1年	
204	降低收费		氨气检测仪	±10%或±5 μmol/mol	(0~100)%	台件	800	1年	
205	降低收费		砷化氢气体检测仪	±10%或±5 μmol/mol	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
206	降低收费		丙烯检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100%) LEL	台件	450	1年	
207	降低收费		乙烷检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100%) LEL	台件	450	1年	
208	降低收费		二硫化碳气体检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
209	降低收费		硫酸二甲酯检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100) μmol/mol	台件	730	1年	
210	降低收费		八氟环丁烷检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100) μmol/mol	台件	950	1年	
211	降低收费		乙醚检测报警器	±10%或±5 μmol/mol	(0~100%) LEL	台件	450	1年	
212	降低收费	LH042-923	原子吸收分光光度计			台件	1100	2年	每增加一个原子化器加收600元
213	降低收费	LH064-945	总有机碳分析仪			台件	600	1年	
214	降低收费	LH067-948	离子色谱仪	3%		台件	1430	2年	每增加一个检测器加收600元
215	降低收费	LH068-949	原子荧光光度计	3%		台件	1900	1年	
216	降低收费	LH069-950	氨基酸分析仪			台件	900	1年	
217	降低收费	LH085-966	水质监测仪			台件	700	1年	
218	降低收费	LH101-982	永停滴定仪			台件	1300	1年	
219	降低收费	LH105-986	色度仪			台件	1000	1年	
220	降低收费	LH106-987	粒度仪			台件	3800	1年	
221	降低收费	LH107-988	激光粒度分析仪			台件	3800	1年	
222	降低收费	LH113-994	硬度测定仪			台件	700	1年	
223	降低收费	LH124-1005	在线水中油分析仪	<8%	(0~100) mg/L	台件	1900	1年	
224	降低收费	LH155-1036	微机磷分析仪			台件	1900	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
225	降低收费	LH158-1039	液相—原子荧光联用仪			台件	2490	1年	
226	降低收费	RL008-1071	塑料量器	$U=0.360\text{mL}, k=2$	(0~5000) mL	个	390	1年	
227	降低收费	RL010-1073	密度杯	$U=0.180\text{mL}, k=2$	(0~2000) mL	个	390	1年	
228	降低收费	RL011-1074	沥青比重瓶	$U=0.01\text{mL}, k=2$	(0~30) mL	个	390	1年	
229	降低收费	RL012-1075	汉氏分析管	$U=0.030\text{mL}, k=2$	(0~100) mL	个	390	1年	
230	降低收费	RL013-1076	液化气残留物接收器			个	390	1年	
231	降低收费	RL025-1088	金属量杯	$U=0.180\text{mL}, k=2$	(0~2000) mL	个	390	1年	
232	降低收费	RL026-1089	具塞平底量筒	$U=0.030\text{mL}, k=2$	(0~100) mL	个	390	1年	
233	降低收费	RL027-1090	量水器	$U=0.050\text{mL}, k=2$	(0~225) mL	个	390	1年	
234	新增	YL082-1200	全自动尿沉渣分析仪	携带污染率: $\leq 0.05\%$	RBC: 量值范围: (150~2000) / μL WBC: 量值范围: (150~2000) / μL	台	950	1年	
235	新增	YL083-1201	超声骨密度仪	声速MPE: $\pm 3.0\%$	桡骨 (2500~3000) m/s 跟骨 (1400~1700) m/s	台	1100	1年	
236	新增	YL084-1202	便携式血糖分析仪	MPE: $\pm 20\%$ 温度示值误差: 压力控制式: $(-2\sim+1)^\circ\text{C}$ 温度控制式: $\pm 1^\circ\text{C}$ 压力示值误差: 压力控制式: $\pm 8\text{kPa}$ 温度控制式: $\pm 5\text{kPa}$	(5.5~14.0) mmol/L	台	740	1年	
237	新增	YL085-1203	压力蒸汽灭菌器	温度示值误差: 压力控制式: $(-2\sim+1)^\circ\text{C}$ 温度控制式: $\pm 1^\circ\text{C}$ 压力示值误差: 压力控制式: $\pm 8\text{kPa}$ 温度控制式: $\pm 5\text{kPa}$	温度: (100~200) $^\circ\text{C}$ 压力: (100~200) kPa	台	2200	1年	
238	新增	YL086-1204	医用冷藏箱	温度偏差: $\pm 2.0^\circ\text{C}$	温度: (0~10) $^\circ\text{C}$	台	800	1年	
239	新增	YL087-1205	医用冷冻箱	温度偏差: $\pm 2.0^\circ\text{C}$	温度: $(-30\sim 0)^\circ\text{C}$	台	1200	1年	
240	新增	YL088-1206	医用冷冻箱	温度偏差: $\pm 2.0^\circ\text{C}$	温度: $(-80\sim -30)^\circ\text{C}$	台	3100	1年	
241	新增	YL089-1207	医用吸引器	1.6级 (1.5级)、2.5级	$(-90\sim 0)\text{kPa}$	台	600	1年	
242	新增	YL090-1208	医用分子筛制氧机	流量示值误差: $\pm 10\%$ 或士 200mL/min (二者取较大值)	流量: (0~10) L/min 氧浓度: (0~100) %	台	1100	1年	
243	新增	YL091-1209	糖化血红蛋白分析仪	相对示值误差: $\pm 10\%$	4.5%~5.5% (25.7~36.6) mmol/mol 9.5%~5.5% (80.3~91.2) mmol/mol	台	840	1年	
244	新增	YL092-1210	眼科A型超声测量仪	眼轴长度: $\pm 0.1\text{mm}$	眼轴长度: (15.0~35.0) mm 角膜厚度: (0.30~1.20) mm	台	990	1年	
245	新增	YL093-1211	连续血液净化装置	泵流量误差: $\pm 10\%$ 静动脉压误差: $\pm 1.3\text{kPa}$ ($\pm 10\text{mmHg}$)	流量: (0~1000) L/min 压力: $(-70\sim 80)\text{kPa}$	台	2800	1年	
246	新增	YL094-1212	枪弹测速仪	测速间距误差: $\pm 1\text{mm}$ 测速误差: $\pm (0.1\sim 2\%)$	测速间距: (200~2000) mm 测速范围: (10~1000) m/s	台	3000	1年	

序号	内容	项目编号	计量器具名称	准确度等级或最大允许误差或不确定度	测量范围	收费单位	调整后标准(元)	检定周期	备注
247	新增	YL095-1213	心肺复苏机	按压缩度: ±15% 按压缩率: ±10% 单独吹气频率: ±(10%读数+1)次/min 潮气量: ±20%	按压缩度: (30~50) mm 按压缩率: (100~120) 次/min 单独吹气频率: (10~20) 次/min 潮气量: (200~1200) mL	台	1600	1年	
248	新增	YL096-1214	气腹机	气压: ±266.6Pa (±2mmHg) 流量: ±2L/min (或小于等于10L/min)	气压: ≥5.5kPa (42mmHg) 流量: (0~100) L/min	台	1200	1年	
249	新增	YL097-1215	核酸分析仪	-----	核酸片段长度范围: (100~1000) bp	台	1550	1年	
250	新增	YL098-1216	聚合酶链 (PCR) 反应仪 (温度部分)	温度准确度: ≤0.5℃	温度: (0~120) °C	台	3000	1年	
251	新增	YL099-1217	聚合酶链 (PCR) 反应仪 (温度部分+荧光部分)	温度准确度: ≤0.5℃ 荧光强度检测精密度: ≤5%	温度: (0~120) °C 拷贝数 ≥10 ³ copies/μL	台	5000	1年	
252	新增	YL100-1218	医用体外压力脉冲碎石机	峰值声压重复性: 20%	峰值声压: (5~100) MPa	台	1100	1年	
253	新增	YL101-1219	核酸提取仪	-----	温度: (0~120) °C 振动频率: (0.1~500) Hz	台	3800	1年	
254	新增	NY001-1238	家用电磁灶能效检测			批次	2500		待机状态功率
255	新增	NY002-1239				批次	2800		热效率
256	新增	NY003-1240				批次	2200		保温能耗
257	新增	NY004-1241	自动电饭锅能效检测			批次	2500		待机能耗
258	新增	NY005-1242				批次	2800		热效率
259	新增	NY006-1243				件	2300		变压器负载系数
260	新增	NY007-1244	企业供配电系统节能监测			件	2300		功率因数
261	新增	NY008-1245				件	2500		日负荷率
262	新增	NY009-1246				件	2800		线损率
263	新增	NY010-1247			年均水量: <10000m ³ /年	项	8000		
264	新增	NY011-1248			年均水量: ≥10000m ³ /年~<20000m ³ /年	项	15000		
265	新增	NY012-1249	水平衡测试		年均水量: ≥20000m ³ /年~<50000m ³ /年	项	25000		水量每增加10000m ³ /年加收4000元
266	新增	NY013-1250			年均水量: ≥50000m ³ /年~100000m ³ /年	项	35000		水量每增加10000m ³ /年加收2000元
267	新增	NY014-1251			年均水量: ≥100000m ³ /年~<500000m ³ /年	项	50000		水量每增加10000m ³ /年加收500元
268	新增	NY015-1252			年均水量: ≥500000m ³ /年	项	100000		水量每增加10000m ³ /年加收200元

