

检验检测机构 资质认定证书附表



220521110095

检验检测机构名称：内蒙古自治区计量测试研究院

批 准 日 期：2023 年 05 月 17 日

有 效 期 至：2028 年 03 月 15 日

批 准 部 门：内蒙古自治区市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。



一、批准内蒙古自治区计量测试研究院授权签字人及领域表（鸿盛院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市新城区鸿盛工业园区

第 1 页，共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	张显雨	职员/工程师	资质认定批准的能源领域设备能效检测报告签发	新增

以下空白

内蒙古自治区
计量测试研究院
2022年5月21日

二、批准内蒙古自治区计量测试研究院检验检测能力范围（鸿盛院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市新城区鸿盛工业园区

第 1 页，共 4 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	能源					
1	泵类液体输 送系统	1.1	流速、流量	《泵类液体输送系统节能监测》 GB/T 16666-2012		
		1.2	温度			
		1.3	温差			
		1.4	压力			
		1.5	扬程			
		1.6	输送效率			
		1.7	吨·百米耗电量			
		1.8	输送系统总效率			
		1.9	泵运行效率	《泵类液体输送系统电能平衡测试与 计算方法》GB/T 13468-2013 《离心泵、混流泵与轴流泵系统经济 运行》GB/T 13469-2021		
		1.10	泵轴功率	《三相异步电动机经济运行》 GB/T 12497-2006		
		1.11	电动机输入功率			
		1.12	电动机运行效率	《电动机系统节能量测量和验证方法 第 1 部分：电动机现场能效测试方法》 GB/T 34867.1-2017		

二、批准内蒙古自治区计量测试研究院检验检测能力范围（鸿盛院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市新城区鸿盛工业园区

第 2 页，共 4 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
2	空气压缩机 组	2.1	流速、流量	《空气压缩机组及供气系统节能监测》GB/T 16665-2017		
		2.2	排气压力			
		2.3	排气温度			
		2.4	排气效率			
		2.5	输入比功率			
		2.6	轴功率	《三相异步电动机经济运行》 GB/T 12497-2006		
		2.7	电机输入功率			
		2.8	能效等级（能效 限定值）	《容积式空气压缩机能效限定值及 能效等级》GB 19153-2019		
3	风机机组与 管网系统	3.1	流速、流量	《风机机组与管网系统节能监测》 GB/T 15913-2022		
		3.2	静压			
		3.3	有效输出功率			
		3.4	机组电能利用 率			
		3.5	电机输入功率	《三相异步电动机经济运行》 GB/T 12497-2006		

二、批准内蒙古自治区计量测试研究院检验检测能力范围（鸿盛院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市新城区鸿盛工业园区

第 3 页，共 4 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	企业供配电系统	4.1	电流	《企业供配电系统节能监测方法》 GB/T 16664-1996		
		4.2	电压			
		4.3	功率因数			
		4.4	负载侧有功电 量			
		4.5	负载侧无功电 量			
		4.6	平均输出视在 功率			
		4.7	变压器负载系 数			
		4.8	变压器效率			
		4.9	综合功率损耗	《电力变压器经济运行》 GB/T 13462-2008		
		4.10	经济运行区			
		4.11	最佳经济运行 区			

二、批准内蒙古自治区计量测试研究院检验检测能力范围（鸿盛院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市新城区鸿盛工业园区

第 4 页，共 4 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	三相异步电动机	5.1	电流	《三相异步电动机经济运行》 GB/T 12497-2006		
		5.2	电压			
		5.3	功率因数			
		5.4	输入功率			
		5.5	输出功率			
		5.6	负载率			
		5.7	电动机效率	《电动机系统节能量测量和验证方法 第 1 部：电动机现场能效测试方法》 GB/T 34867.1-2017		
18	水平衡测试	18.1	水量	《水平衡测试通则》GB/T 12452-2022		标准（方法）变更
20	自动电饭锅能效检测	20.1	热效率	《电饭锅能源效率计量检测规则》 JJF1261.5-2022;《电饭锅能效限定值 及能效等级》GB 12021.6-2017		标准（方法）变更
		20.2	待机能耗	《电饭锅能源效率计量检测规则》 JJF1261.5-2022;《电饭锅能效限定值 及能效等级》GB 12021.6-2017		标准（方法）变更
		20.3	保温能耗	《电饭锅能源效率计量检测规则》 JJF1261.5-2022;《电饭锅能效限定值 及能效等级》GB 12021.6-2017		标准（方法）变更
二	日用消费品					
10	太阳镜	10.10	镜架要求	《眼镜架通用要求和试验方法》 GB/T 14214-2019		标准（方法）变更
11	配装眼镜	11.10	镜架使用的材料	《眼镜架通用要求和试验方法》 GB/T 14214-2019		标准（方法）变更
		11.11	镜架外观质量	《眼镜架通用要求和试验方法》 GB/T 14214-2019		标准（方法）变更

二、批准内蒙古自治区计量测试研究院检验检测能力范围（新华院区）

编号：220521110095

地址：呼和浩特市回民区新华大街 76 号

第 1 页，共 1 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
一	测量仪器					
10	水表	10.1	示值误差	《饮用冷水水表和热水水表》 GB/T778.1-2018 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T778.2-2018 第2部分：试验方法 GB/T778.3-2018 第3部分：试验报告格式 GB/T778.4-2018 第4部分：GB/T 778.1 中未包含的非计量要求 GB/T778.5-2018 第5部分：安装要求		标准（方 法）变更
		10.2	静压力	《饮用冷水水表和热水水表》 GB/T778.1-2018 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T778.2-2018 第2部分：试验方法 GB/T778.3-2018 第3部分：试验报告格式 GB/T778.4-2018 第4部分：GB/T 778.1 中未包含的非计量要求 GB/T778.5-2018 第5部分：安装要求		标准（方 法）变更

内蒙古自治区
计量测试研究院